

Vizsgálati jegyzőkönyv sz.: <i>Test Report No.:</i>	28231499 001	Rendelés sz.: <i>Order No.:</i>	93349605	Oldal 1 / 40 <i>Page 1 / 40</i>	
Megbízó: <i>Client:</i>	MTB Invest Kft 1141 Budapest Szentes utca 8, Hungary				
Gyártó: <i>Manufacturer:</i>	Inventors: Attila Szűcs, Sándor Csernák				
Vizsgálat tárgya: <i>Test item:</i>	Fast charger testing on Winston Battery LP12V20AHB battery.				
Azonosítás: <i>Identification:</i>	Prototype 1	Széria sz.: <i>Serial No.:</i>	-		
Raktározási szám.: <i>Receipt No.:</i>	-	Átvételi dátum: <i>Date of receipt:</i>	-		
Vizsgálati tárgy állapota: <i>Condition of test item:</i>	Hiánytalan, sérülésmentes <i>Complete, undamaged</i>	Vizsgálat ideje: <i>Duration of test:</i>	2016. 02.22-2016.03.03.		
Vizsgálati előírás: <i>Test specification:</i>	Lásd a jegyzőkönyvben <i>See test report</i>				
Vizsgálat helyszíne: <i>Testing location:</i>	TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1135 Budapest, Béke út 41-43, Hungary				
Vizsgáló laboratórium: <i>Testing Laboratory:</i>	TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1135 Budapest, Béke út 41-43, Hungary				
Vizsgálati eredmény: <i>Test Result:</i>	Lásd a jegyzőkönyvben <i>See test report</i>				
Vizsgálta/ tested by:	Ellenőrizte/ reviewed by:				
 Tamás Wald			 Gábor Kazi		
Dátum <i>Date</i>	Név, feladatkör <i>Name, function</i>	Aláírás <i>Signature</i>	Dátum <i>Date</i>	Név, feladatkör <i>Name, function</i>	Aláírás <i>Signature</i>
Egyéb szempontok/ Other Aspects:					
<u>Tartalomjegyzék/Contents:</u>					
1. Measurement procedure (page 2)					
2. Test schedule (page 2)					
3. Test arrangement (page 2)					
4. Measurement equipment (page 3)					
5. Equipment under test (page 3)					
6. Test results (page 6)					
7. Conclusion (page 40)					
<u>Mellékletek: --</u>					
Rövidítések:	P(ass) = megfelelő	Abbreviations:	P(ass) = passed		
	F(ail) = nem megfelelő		F(ail) = failed		
	N/A = nem vonatkozik		N/A = not applicable		
	N/T = nem vizsgált		N/T = not tested		
<p>Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgált mintapéldányra vonatkozik. A vizsgáló szervezet engedélye nélkül részleges másolata nem engedélyezett. Ez a jegyzőkönyv nem jogosít fel valamely biztonsági jel használatára.</p> <p><i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i></p>					

1. Measurement procedure

Goal of testing

Verification of the energy loaded into a battery, using the fast charger, and standard DC charger with discharging with the same method (DC CC mode 1C) and logging the data with accurate, and calibrated instruments (power analyzer).

Verification of the operation of resonance frequency charger with reference battery.


This verification consist of measuring the amount of input AC power of the charger, battery temperature during charge, and basic safety of the battery. (No explosion, no fire, no leakage)

The battery is discharged with a calibrated electronic load.

2. Test schedule:

1. Charging battery with fast charger (Charger's input AC power logged for information)
2. Discharging the battery with constant current to the specified voltage.
During discharge, data logging, voltage, current, time SoC/Ah (Integrated current by time), Wh with (precision power analyzer), Temperature measured with thermocouple connected to precision multimeter.
3. Charging battery with DC power supply, CC-CV method.
During charge, data logging, voltage, current, time SoC/Ah (Integrated current by time), Wh with (precision power analyzer), Temperature measured with thermocouple connected to precision multimeter.
4. Discharging the battery with constant current to the specified voltage.
During discharge, data logging, voltage, current, time SoC/Ah (Integrated current by time), Wh with (precision power analyzer), Temperature measured with thermocouple connected to precision multimeter
5. Charging battery with fast charger (Charger's input AC power logged for information)
6. Discharging the battery with constant current to the specified voltage.
During discharge, data logging, voltage, current, time SoC/Ah (Integrated current by time), Wh with (precision power analyzer), Temperature measured with thermocouple connected to precision multimeter.

3. Test arrangement



4. Measurement equipment

Measuring equipment	Manufacturer	Type	Inventory No.	Next calibration	Additional equipment /notes	Channels
Precision power analyzer	Newton's4th	KinetiQ PPA5530	01633002	2016.08.06.		PH1: Fast charger AC input PH3: Battery Details see below
Precision multimeter	Picotest	M3510A	01625042	2016.08.06.	K type thermocouple	Temperature
Multichannel datalogger	Graphtec	GL-220	01625074	2016.08.26.	K type thermocouples	Temperature_g[1..4]
Electronic load (for CC discharging to specified voltage "Battery mode")	BK-Precision	8510	01623043	2016.05.18.	Voltage sense input directly connected to battery.	No computer interface.
DC Power supply (for DC charging with CC-CV)	Ametek-Sorensen	XG-60-25	01623049	2016.05.18.	Voltage sense input directly connected to battery.	No computer interface.

All used instrument's complete calibration reports attached.

Power analyzer channels at battery discharging and DC charging
Measured from voltage and current on PH3 inputs

- Accu_DC Current
- Accu_DC Voltage
- Accu_Watt
- Accu_Integrated RMS Current
- Accu_Integrated Watts

Power analyzer channels at fast charger's input power measurements
Measured from voltage and current on PH1 inputs

- AC_Charger_input_Frequency
- AC_Charger_input_Integrated VA
- AC_Charger_input_Integrated VAR
- AC_Charger_input_Integrated Watts
- AC_Charger_input_Power Factor
- AC_Charger_input_RMS Current
- AC_Charger_input_RMS Voltage
- AC_Charger_input_VA
- AC_Charger_input_VAR
- AC_Charger_input_Watt

For measuring/calculating principles see the instrument's manual.

5. Equipment under test

Fast Resonance Battery charger

Output	Pulse series on resonance frequency
Charging voltage range	Regulated pulse series up to 30V
Charging current range	max 100A (impulses)
Charging time	Approx 25-40min
Input	
Voltage	220-230V
Current	10A
Frequency	50Hz



METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR FAST RECHARGING BATTERIES HAVING ADHERENT ELECTROLYTE

Application number: P0700282

Registration number: 229590


ABSTRACT

The invention is a method and/or a circuit arrangement suitable for quick charging of batteries containing fixed electrolyte on the basis of the dr. Wronski effect.

The resonance frequency of the battery is detected by digital frequency response-function analysis, by discharging white noise current, it is charged by superposed alternating current of 0.1 C, later 3.5-4 C, for 8 periods, then a discharging DC current of 1 C is used for 0.1 ms time, this cycle is repeated 8 times, then the whole process is repeated again.

The signal shape of the superposed alternating current impulses is produced by an efficiency-improving circuit, which feeds the oscillating circuit of the battery with energy through a performance-impulse modulator (see figure 4).

The main point of the circuit arrangement is that its control unit controlling the main circuit sets the value of f_0 by an accuracy of $\pm 2\%$ during the charging by a circuit of digital frequency response-function analysis.




Battery

GWL/ Power Group Technology Solutions – Stay Powered for the Future

LP12V20AHB battery specification

Model name	LP12V20AHB	Alternative product marking LP12V-20AH
Nominal voltage	12 V	Operating voltage under load is 12.0 V
Capacity	20 AH	+/- 5%
Operating voltage	max 14.8V - min 11.5V	At 80% DOD, > 1500 cycles
Deep discharge voltage	11 V	The cells is damaged if voltage drops bellow this level
Maximal charge voltage	15V	The cells is damaged if voltage exceeds this level
Optimal discharge current	< 10 A	0.5 C
Maximal discharge current	< 60 A	3 C, continuous for max 15 minutes from full charge
Max peak discharge current	< 200 A	10 C, maximal 5 seconds in 1 minute
Optimal charge current	< 10 A	0.5 C
Maximal charge current	< 20 A	< 1 C with battery temperature monitoring
Working Temperature	Charging: >0°C	The battery temperature should not increase this level
	Discharging: -20°C~65°C	The battery temperature should not increase this level
Dimensions	181 x 167 x 77	Millimeters (tolerance +/- 2 mm)
Weight	3.4 kg	Kilograms (tolerance +/- 150g)



Before this test, the battery was charged more than 2000 times with the fast charger, and 500 times with standard DC charger.

6. Measurement results:

DC charging has **negative** sign, discharging has **positive** sign.

Nr	Date 2016.-	Test	Duration [hh:mm:ss]	Start Voltage	Finish Voltage	Soc [Ah]	ΔTemp [°C]
1	Feb. 22 14:00	Fast charging	-	-	14,512	-	-
2	Feb. 22 15:10	Discharge 12,2V->11V 20A	0:50:57 0:58:11	14,512	12,166 11,007	16,931 19,261	0,5 (45,9-46,4) (Session 1)
3	Feb. 22 16:42	Long DC charging 2A, 13,2V	21:34:04	12,571	17,272	-19,356	-19 (40,9-21,9) (Session 4)
4	Feb 23 17:22	Discharging to 11V 20A	0:57:53	16,287	10,998	19,026	16,9 (21,7-38,6) 5
5	Feb. 24 15:47	DC charging 2A, 13,7V	17:13:30	12,891	13,921	-18,692	0,4 (24,4-24,8) 6
6	Feb 29 8:49	Discharge to 11V 20A	0:56:45	13,43	10,917	18,556	15 (22,7-37,7) (session 16)
7	Feb 29 9:52	Fast charging Format switch off	0:27:43	-	-	-	18 (37-55) 17
8	Feb 29 10:25	Discharge to 11V 20A	0:53:49	13,38	10,985	17,831	-4,1 (max 54,9) 18
9.	Feb 29 11:55	Fast charge Format switch off	0:19:47	**	-	-	10,2 (43,2-53,4) 20
10	Feb 29 12:36	Discharge to 11V 20A	0:36:43	13,279	10,986	12,164	-3,1 (48,4-45,3) 21
11	Feb 29 13:16	Fast charge Format switch on	0:30:39	-	-	-	15,5 (46,8-62,3) 22
12	Feb 29 13:51	Discharge to 11V 20A	1:02:24	14,242	10,994	19,425	6,6 (58,8-52,2) 23
13	Feb 29 15:46	DC charge 13V 5A CC-CV	16:09:25	12,468	13,093	-3,717	-18,3 (42,3-24) 24
14	Marc 1 8:00	Fast charge	0:24:19	-	-	-	16 (23-49) 25
15	Marc 1 8:29	Discharge *12V 20A	0:51:38	-	11,962	17,106	1,7 (48,9-47) 26
16	Marc 1 9:24	Fast charge	0:27:40	-	-	-	10,8 (45,8-56,6) 27
17	Marc 1 10:26	Discharge *12V 20A	0:50:52	13,356	11,966	16,816	-3,8 (51,3-47,5) 28


Nr	Date 2016.-	Test	Duration [hh:mm:ss]	Start Voltage	Finish Voltage	Soc [Ah]	ΔTemp [°C]
18	Marc 1 11:28	DC charge standard LiFe charger	20:36:17	12,795	14,426	-18,158	-22,2 (46,1-23,9) 29
19	Marc 2 8:56	Discharge 20A 12V	0:48:18	14,402	12,017	15,996	-
20	Marc 2 9:03	Fast charge	0:24:25	-	-	-	17,7(33,4-51,1) 31
21	Marc 2 9:35	Discharge 20A 12V	0:50:50	13,386	11,984	16,943	-5,5(51,6-46,1)
22	Marc 2 10:56	Fast charge	0:13:56	**	-	-	7,2(40,5-47,7) 33
23	Marc 2 11:21	Discharge 20A 12V	0:26:03	13,258	11,983	8,597	1,3(47,3-46) 34
24	Marc 2 11:53	Fast charge	0:32:03	**	-	-	18,7(44,4-63,1) 35
25	Marc 2 12:57	Discharge 20A 11V	1:00:47	15,817	10,974	20,252	-3,7(54,2-50,5)
26	Marc 2 14:15	Fast charge	0:28:05	-	-	-	11,4 (46,3-57,7)
27	Marc 3 8:49	Discharge 20A 11V	0:48:20	13,302	10,9	16,145	12,6(22,6-35,2)
28	Marc 3 10:30	Fast charge	0:25:50	**	-	-	22,6(32,8-55,4) 39
29	Marc 3 11:04	Discharge 20A 11V	0:50:58	13,366	10,979	16,943	-0,61(49,8-49,19) 40
30	Marc 3 12:07	Fast charge	0:27:33	**	-	-	7,9(45,1-53) 41
31	Marc 3 12:43	Discharge 20A 12V	0:45:53	13,365	11,959	15,268	-11,2(60-48,8) 42
32	Marc 3 14:10	Fast charge	0:27:31	**	-	-	20,1(36,8-56,9) 43
33	Marc 3 14:46	Discharge 20A 12V	0:48:32	13,383	11,947	16,182	-7,4(55,2-47,8) 44

** Fast charger AC input power measured.


Note:

12V might be the voltage where the vehicle's electronic determines the battery empty state. Under this limit the voltage decreases fast in case of further load.

Test 2



Test 3




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:

Cursor	X	Y
Accu_DC Current	21:34:06,2	-6,163m
Accu_DC Voltage	21:34:06,2	17,143
Accu_Integrated RMS Current	21:34:06,2	-19,356
Temperature	21:34:06,2	(21,909)

Test 4




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:

	X	Y
Cursor		
Accu_DC Current	57:49,0	20,053
Accu_DC Voltage	57:49,0	11,016
Accu_Integrated RMS Current	57:49,0	19,004
Temperature	57:49,0	(38,055)

Test 5




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:

Cursor	X	Y
Accu_DC Current	17:13:30,5	3,304m
Accu_DC Voltage	17:13:30,5	13,921
Accu_Integrated RMS Current	17:13:30,5	-18,692 (24,877)
Temperature	17:13:30,5	

ch	min	max	last	mintime	maxtime
Accu_DC Current	-2,002	0,004	0,003	00:00:22,018	17:04:14,397
Accu_DC Voltage	12,760	13,927	13,921	00:00:04,011	15:56:24,086
Accu_Integrated RMS Current	-18,699	0,000	-18,692	14:17:40,547	00:00:06,011
Temperature	23,457	26,735	24,873	11:54:39,000	03:38:20,000

Test 6




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature


Cursors:

Cursor	X	Y
Accu_DC Current	56:21,3	20,102
Accu_DC Voltage	56:21,3	10,917
Accu_Integrated RMS Current	56:21,3	18,556
Temperature	56:21,3	(37,486)


ch	min	max	last	mintime	maxtime
Accu_DC Current	-0,002	20,102	-0,001	00:56:32,317	00:52:53,282
Accu_DC Voltage	10,908	13,431	11,921	00:56:23,318	00:00:00,090
Accu_Integrated RMS Current	0,000	18,572	18,572	00:00:00,090	00:56:23,318
Temperature	22,706	37,702	37,702	00:00:02,999	00:56:44,999



Test 8



Test 9





- Charger_input_Integrated VA
- Charger_input_Integrated VA
- Charger_input_Integrated Watts
- Charger_input_Power Factor
- Charger_input_RMS Current
- Charger_input_RMS Voltage
- Charger_input_VA
- Charger_input_VAr
- Charger_input_Watt

Cursor	X	Y
Charger_input_Integrated VA	09.2	142.1m
Charger_input_Integrated VA	09.2	58.416m
Charger_input_Integrated Watt	09.2	-129.53m
Charger_input_Power Factor	09.2	911.72m
Charger_input_RMS Current	09.2	241.23m
Charger_input_RMS Voltage	09.2	231.14
Charger_input_VA	09.2	55.759
Charger_input_VAr	09.2	22.907
Charger_input_Watt	09.2	-50.837
Temperature-g1	09.2	(43.3)


ch	min	max	average	mintime	maxtime
Charger_input_Integrated VA	0,000	347,760	11,339	00:00:00,000	00:19:47,731
Charger_input_Integrated VA	-135,270	0,315	-67,096	00:19:19,944	00:00:40,019
Charger_input_Integrated Watts	-259,660	0,000	-127,515	00:19:47,631	00:00:00,000
Charger_input_Power Factor	0,369	0,917	0,736	00:19:27,241	00:00:10,666
Charger_input_RMS Current	0,240	0,917	4,641	00:00:12,466	00:19:19,844
Charger_input_RMS Voltage	227,230	231,770	229,606	00:10:43,468	00:14:33,721
Charger_input_VA	55,328	2089,500	1061,155	00:00:12,466	00:19:19,844
Charger_input_VAr	-1336,10	769,930	-411,977	00:14:52,640	00:05:37,815
Charger_input_Watt	-1611,80	-50,469	-792,274	00:19:19,844	00:00:12,466
Temperature-g1	43,100	53,400	47,366	00:00:47,284	00:19:35,284

Test 10






Test 12




ch	min	max	last	mintime	maxtime
Accu_DC Current	-0,003	20,064	-0,003	01:02:19,320	00:59:45,371
Accu_DC Voltage	10,994	14,242	11,634	01:02:01,330	00:00:00,640
Accu_Integrated RMS Current	0,000	19,433	19,433	00:00:00,000	01:02:03,332
Temperature	51,771	60,324	52,244	00:52:52,003	00:00:52,002


Test 13




Test 14




Test 15




Test 16




Test 17



Test 18



Test 19




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current

Cursors:

Cursor	X	Y
Accu_DC Current	47:56,6	20,072
Accu_DC Voltage	47:56,6	11,952
Accu_Integrated RMS Current	47:56,6	15,986

ch	min	max	last	mintime	maxtime
Accu_DC Current	-0,002	20,073	-0,002	00:48:06,698	00:41:36,933
Accu_DC Voltage	11,952	14,403	12,674	00:47:56,699	00:00:03,999
Accu_Integrated RMS Current	0,000	15,996	15,996	00:00:00,000	00:47:58,698

Test 20




- AC_Charger_input_Frequency
- AC_Charger_input_Integrated_VA
- AC_Charger_input_Integrated_VAr
- AC_Charger_input_Integrated_Watts
- AC_Charger_input_Power Factor
- AC_Charger_input_RMS Current
- AC_Charger_input_RMS Voltage
- AC_Charger_input_VA
- AC_Charger_input_VAr
- AC_Charger_input_Watt
- Temperature
- Temperature-g1

Cursor	X	Y
AC_Charger_input_Frequency	24:25.0	50
AC_Charger_input_Integrated_VA	24:25.0	438.37
AC_Charger_input_Integrated_VAr	24:25.0	165.89
AC_Charger_input_Integrated_Watts	24:25.0	155.89
AC_Charger_input_Power Factor	24:25.0	333.6
AC_Charger_input_RMS Current	24:25.0	916.85m
AC_Charger_input_RMS Voltage	24:25.0	234.05m
AC_Charger_input_VA	24:25.0	228.47
AC_Charger_input_VAr	24:25.0	53.474
AC_Charger_input_Watt	24:25.0	-21.349
Temperature	24:25.0	49.027
Temperature-g1	24:25.0	(NaN)


ch	min	max	average	runtime	maxtime
AC_Charger_input_Frequency	0.000	50.345	49.989	00:01:26.406	00:06:33.554
AC_Charger_input_Integrated_VA	0.000	438.380	208.464	00:00:02.767	00:24:25.133
AC_Charger_input_Integrated_VAr	-0.482	165.970	79.146	00:00:33.596	00:24:13.782
AC_Charger_input_Integrated_Watts	0.000	333.610	158.500	00:00:02.767	00:24:25.133
AC_Charger_input_Power Factor	0.355	0.918	0.746	00:16:02.255	00:24:23.682
AC_Charger_input_RMS Current	0.234	9.509	4.772	00:24:25.133	00:24:11.395
AC_Charger_input_RMS Voltage	221.890	238.520	227.257	00:00:15.530	00:00:18.139
AC_Charger_input_VA	53.345	2144.200	1079.687	00:24:23.993	00:06:36.124
AC_Charger_input_VAr	-1310.50	1359.500	409.787	00:01:26.315	00:06:45.705
AC_Charger_input_Watt	48.934	1668.100	821.419	00:24:25.133	00:24:11.395
Temperature	20.663	21.310	20.995	00:17:40.718	00:23:45.718
Temperature-g1	33.400	51.100	41.737	00:00:05.000	00:24:11.000

Test 21



XV

Test 22




- AC_Charger_input_Frequency
- AC_Charger_input_Integrated VA
- AC_Charger_input_Integrated VAr
- AC_Charger_input_Integrated Wats
- AC_Charger_input_Power Factor
- AC_Charger_input_RMS Current
- AC_Charger_input_RMS Voltage
- AC_Charger_input_VA
- AC_Charger_input_VAr
- AC_Charger_input_Watt
- Temperature-g1

Cursor	X	Y
Cursor		
AC_Charger_input_Frequency	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_Integrated VA	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_Integrated Wats	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_Power Fact	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_RMS Current	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_RMS Voltage	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_VA	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_VAr	13:56,0	(NaN)
AC_Charger_input_Watt	13:56,0	(NaN)
Temperature-g1	47,7	

ch	min	max	average	mintime	maxtime
AC_Charger_input_Frequency	49,662	50,355	50,004	00:03:29,315	00:03:16,884
AC_Charger_input_Integrated VA	0,000	240,090	116,299	00:00:01,719	00:13:51,135
AC_Charger_input_Integrated VAr	-0,839	88,022	42,416	00:00:35,424	00:13:34,312
AC_Charger_input_Integrated Wats	0,000	182,670	88,344	00:00:01,719	00:13:51,545
AC_Charger_input_Power Factor	0,406	0,904	0,751	00:07:30,576	00:00:48,503
AC_Charger_input_RMS Current	0,267	9,189	4,555	00:00:06,315	00:11:51,028
AC_Charger_input_RMS Voltage	226,660	231,770	229,423	00:03:46,481	00:00:18,028
AC_Charger_input_VA	61,773	2095,000	1040,216	00:00:06,315	00:04:07,132
AC_Charger_input_VAr	-880,140	1347,800	380,135	00:07:27,900	00:04:07,744
AC_Charger_input_Watt	55,218	1622,500	791,272	00:00:06,315	00:12:51,516
Temperature-g1	40,100	47,700	43,288	00:01:02,000	00:13:30,000

Test 23




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:
 Cursor
 Accu_DC Current: 25:50,0 (X) / 20,06 (Y)
 Accu_DC Voltage: 25:50,0 (X) / 11,983 (Y)
 Accu_Integrated RMS Current: 25:50,0 (X) / 8,592 (Y)
 Temperature: 25:50,0 (X) / (45,966) (Y)

XV 1

Test 24




- AC_Charger_Input_Frequency
- AC_Charger_Input_Integrated VA
- AC_Charger_Input_Integrated VAR
- AC_Charger_Input_Integrated Watts
- AC_Charger_Input_Power Factor
- AC_Charger_Input_RMS Current
- AC_Charger_Input_RMS Voltage
- AC_Charger_Input_VA
- AC_Charger_Input_VAR
- AC_Charger_Input_Watt
- Temperature-g1

Cursors:

Cursor	X	Y
AC_Charger_Input_Frequency	31:55,9	50,011
AC_Charger_Input_Integrated VA	31:55,9	588,41
AC_Charger_Input_Integrated VAR	31:55,9	213,43
AC_Charger_Input_Integrated Watts	31:55,9	457,47
AC_Charger_Input_Power Factor	31:55,9	963,27m
AC_Charger_Input_RMS Current	31:55,9	411,49m
AC_Charger_Input_RMS Voltage	31:55,9	230,33
AC_Charger_Input_VA	31:55,9	94,78
AC_Charger_Input_VAR	31:55,9	-25,484
AC_Charger_Input_Watt	31:55,9	91,29
Temperature-g1	31:55,9	(02,8)

ch	min	max	average	runtime	maxtime
AC_Charger_Input_Frequency	0,000	50,342	50,006	00:06:08,558	00:17:23,741
AC_Charger_Input_Integrated VA	0,000	588,610	283,616	00:00:09,779	00:32:03,397
AC_Charger_Input_Integrated VAR	-0,685	213,450	101,544	00:00:41,850	00:31:53,025
AC_Charger_Input_Integrated Watts	0,000	457,660	220,263	00:00:09,779	00:32:03,294
AC_Charger_Input_Power Factor	0,425	0,964	0,783	00:07:52,028	00:13:43,069
AC_Charger_Input_RMS Current	0,410	10,707	4,850	00:31:59,754	00:31:29,685
AC_Charger_Input_RMS Voltage	225,890	231,110	228,840	00:30:25,743	00:04:49,273
AC_Charger_Input_VA	94,368	2434,800	1105,034	00:31:59,754	00:31:50,955
AC_Charger_Input_VAR	-918,570	1495,000	400,561	00:07:34,671	00:31:50,225
AC_Charger_Input_Watt	90,913	1926,500	859,193	00:31:59,754	00:31:51,058
Temperature-g1	43,900	63,100	49,805	00:01:31,000	00:32:02,000


Test 25



Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:
 Cursor
 Accu_DC Current X: 01:00:47,7 Y: 20,073
 Accu_DC Voltage X: 01:00:47,7 Y: 10,974
 Accu_Integrated RMS Current X: 01:00:47,7 Y: 20,252
 Temperature X: 01:00:47,7 Y: (50,378)


Test 26




ch	min	max	average	mintime	maxtime
AC_Charger_Input_Frequency	0,000	50,343	49,996	00:19:18,695	00:24:44,383
AC_Charger_Input_Integrated VA	0,000	490,380	242,164	00:00:18,780	00:28:13,350
AC_Charger_Input_Integrated VAr	-0,755	176,050	87,309	00:00:52,954	00:27:19,079
AC_Charger_Input_Integrated Watts	0,000	373,130	184,023	00:00:18,780	00:28:13,457
AC_Charger_Input_Power Factor	0,448	0,901	0,752	00:03:38,407	00:27:45,597
AC_Charger_Input_RMS Current	0,056	9,344	4,584	00:28:03,407	00:27:32,252
AC_Charger_Input_RMS Voltage	228,090	233,640	231,096	00:21:16,835	00:14:30,442
AC_Charger_Input_VA	13,131	2142,600	1054,634	00:28:03,407	00:27:32,151
AC_Charger_Input_VAr	-1341,60	1363,700	377,501	00:12:31,662	00:24:55,867
AC_Charger_Input_Watt	10,365	1661,400	802,432	00:28:03,407	00:27:32,252
Temperature-g1	46,200	57,800	51,535	00:01:51,000	00:28:34,000

Cursor	X	Y
AC_Charger_Input_Frequency	28:05,4	49,993
AC_Charger_Input_Integrated VA	28:05,4	490,33
AC_Charger_Input_Integrated VAr	28:05,4	175,67
AC_Charger_Input_Integrated Watts	28:05,4	373,09
AC_Charger_Input_Power Factor	28:05,4	704,6m
AC_Charger_Input_RMS Current	28:05,4	85,502m
AC_Charger_Input_RMS Voltage	28:05,4	232,5
AC_Charger_Input_VA	28:05,4	19,879
AC_Charger_Input_VAr	28:05,4	14,107
AC_Charger_Input_Watt	28:05,4	14,007
Temperature-g1	28:05,4	(57,7)

Test 27



Test 28




- AC_Charger_input_Frequency
- AC_Charger_input_Integrated VA
- AC_Charger_input_Integrated VA
- AC_Charger_input_Integrated VA
- AC_Charger_input_Integrated Watts
- AC_Charger_input_Power Factor
- AC_Charger_input_RMS Current
- AC_Charger_input_RMS Voltage
- AC_Charger_input_VA
- AC_Charger_input_VAr
- AC_Charger_input_Watt



ch	min	max	average	runtime	maxtime
AC_Charger_input_Frequency	0,000	50,353	49,975	00:01:05,575	00:00:57,260
AC_Charger_input_Integrated VA	0,000	471,650	231,952	00:00:07,761	00:25:48,069
AC_Charger_input_Integrated VA	-0,625	180,300	88,582	00:00:35,767	00:25:39,629
AC_Charger_input_Integrated Watts	0,000	358,710	176,331	00:00:07,761	00:25:48,069
AC_Charger_input_Power Factor	0,397	0,903	0,745	00:12:45,157	00:25:46,747
AC_Charger_input_RMS Current	0,269	9,513	4,907	00:25:48,289	00:00:39,970
AC_Charger_input_RMS Voltage	225,880	230,900	228,496	00:14:50,982	00:00:36,790
AC_Charger_input_VA	61,867	2157,300	1116,231	00:25:48,289	00:00:39,970
AC_Charger_input_VAr	-987,710	1387,600	433,198	00:08:25,698	00:09:39,970
AC_Charger_input_Watt	55,800	1670,200	848,986	00:25:48,289	00:25:39,536

Test 29




Accu_DC Current
 Accu_DC Voltage
 Accu_Integrated RMS Current
 Temperature

Cursors:


Cursor	X	Y
Accu_DC Current	50:48,5	20,074
Accu_DC Voltage	50:48,5	10,965
Accu_Integrated RMS Current	50:48,5	16,954
Temperature	50:48,5	(49,187)

Test 30




Cursor	X	Y	ch	min	max	average	mintime	maxtime
AC_Charger_Input_Frequency	27:33.7	49,981	AC_Charger_Input_Frequency	0,000	50,344	49,990	00:03:06,848	00:03:25,070
AC_Charger_Input_Integrated_VA	27:33.7	483,62	AC_Charger_Input_Integrated_VA	0,000	483,640	235,787	00:00:20,758	00:27:34,565
AC_Charger_Input_Integrated_VAr	27:33.7	183,86	AC_Charger_Input_Integrated_VAr	-0,706	184,100	89,369	00:00:53,885	00:27:27,392
AC_Charger_Input_Power_Factor	27:33.7	367,68	AC_Charger_Input_Integrated_Watts	0,000	367,700	179,145	00:00:20,758	00:27:34,565
AC_Charger_Input_RMS_Current	27:33.7	901,22m	AC_Charger_Input_Power_Factor	0,424	0,902	0,749	00:08:58,924	00:13:56,507
AC_Charger_Input_RMS_Voltage	27:33.7	270,94m	AC_Charger_Input_RMS_Current	0,259	9,505	4,801	00:13:58,815	00:23:08,178
AC_Charger_Input_VA	27:33.7	230,53	AC_Charger_Input_RMS_Voltage	225,830	231,040	228,498	00:13:50,639	00:21:58,154
AC_Charger_Input_VAr	27:33.7	62,46	AC_Charger_Input_VA	59,377	2157,200	1092,013	00:13:58,815	00:22:24,123
AC_Charger_Input_VAr	27:33.7	-27,068	AC_Charger_Input_VAr	-1027,00	1386,200	426,468	00:09:41,504	00:22:59,219
AC_Charger_Input_Watt	27:33.7	56,29	AC_Charger_Input_Watt	53,204	1670,500	830,619	00:13:58,815	00:22:02,443

Test 31




Test 32



AC Charger_Input_Frequency	AC Charger_Input_Integrated_VA	AC Charger_Input_Integrated_VAr	AC Charger_Input_Integrated_Watts	AC Charger_Input_Power Factor	AC Charger_Input_RMS Current	AC Charger_Input_RMS Voltage	AC Charger_Input_VA	AC Charger_Input_VAr	AC Charger_Input_Watt
49,975	487,27	183,63	372,29	775,69m	9,407	227,32	2,138k	1,35k	1,659k
min	49,804	-0,694	0,000	0,470	0,053	226,130	-1024,00	9,507	
max	50,343	183,810	372,360	0,902	9,813	230,790	1402,400	1736,300	
average	49,988	89,606	182,775	0,754	4,787	228,786	418,886	833,324	
runtime	00:18:17,180	00:00:15,751	00:00:15,751	00:00:11,231	00:27:35,962	00:17:46,942	00:00:48,783	00:27:35,962	
maxtime	00:17:48,343	00:27:35,643	00:27:23,986	00:27:30,134	00:27:23,893	00:10:54,943	00:27:17,194	00:27:14,583	00:27:17,194

Test 33



7. Conclusion

According to the test results, there is no significant difference between the fast charged and DC charged energy amount.

Temperature measured between the two cell surfaces.

The battery does not exceed the 62,3°C at fast charge(4C charging), 40,9°C at DC (0,1C) charging, 60°C at (1C) discharging.

No fire, no explosion, no mechanical deformation, no leakage experienced.

END OF TEST REPORT

KALIBRA 59 Műszaki, Szolgáltató Bt.
Office / Székhely: 2151. Fót, Béke u. 72
Laboratory / Laboratórium: 2151. Fót, Béke u. 72
Web: www.kalibra59.hu; www.meroeszkozkalibralas.hu

Tel: +36-30-934-8310; +36-30-982-3377
Fax: +36-27-358-876
E-mail: kalibra59@kalibra59.hu

A NAT által NAT-2-0141/2012 számon akkreditált kalibrálólaboratórium

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55201

Pages / oldalak száma: 4

Calibration Certificate / Kalibrálási Bizonyítvány

Object of calibration / A kalibrálás tárgya: **Electronic load**

Elektronikus terhelés

Manufacturer / Gyártó: **BK Precision**

Type / Típus: **8510**

Serial number / Gyártási szám: **174B17101**

ID number / Azonosító szám: **TRI 01623043**


State / Állapot: **Used / Használt**

Customer's name and address:
A vevő neve és címe: **TÜV Rheinland InterCert Kft
1132 Budapest
Váci út 48/a-b**

Place and date of calibration / A kalibrálás
helye és ideje: **Fót, 2015.05.18.**

Issue date / Kiadás dátuma: **2015.05.18.**

Issued by certificate:
A bizonyítványt kiadta:



Tóth Rudolf
Main Director
Ügyvezető igazgató



Calibration technician:
Kalibráló technikus:



Hosszú Márta

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55201

Calibration was made according to the procedure(s) below:
A kalibrálást az alábbi eljárás(ok) alkalmazásával végeztük:KE-01:201 1/5 Calibration of digital multimeters
KE-01:201 1/5 Digitális multiméterek kalibrálása**Used standard, subsidiary measuring instrument:**
Alkalmazott etalonok, egyéb mérőeszközök:

Measuring instrument/ Mérőeszköz	Serial number / Gyártási szám	Cal.Cert. number / Kal.Biz. szám	Expiration of Cal.Cert / Kal.Biz. lejárát
Multifunctional calibrator/ Multifunkciós kalibrátor	9785009	KAL/15-0180	2016.05.02.
Current generator / Áram generátor	2336701	2336701-01-2013	2015.10.22.
Temp- and humidity meter/ Hő- és páratartalom mérő	KI0143SK	KAL/15-0110	2017.05.02.
Main voltage meter / Hálózati feszültségmérő	085382	KAL/15-0130	2016.05.02.

Measurement used in standard and subsidiary instrument is traceable to national standards, based on the indicated number of calibration certificate.

Az alkalmazott etalonokkal és egyéb mérőeszközökkel végzett mérések, a jelzett számú bizonyítványok alapján, a nemzeti etalonokra visszavezethetőek.

Environmental conditions: Környezeti feltételek:	Temperature / Hőmérséklet	23±3°C
	Humidity / Légnedvesség	40±20%RH
	Main voltage / Hálózati feszültség	230V±10%

Note for measured values:
Megjegyzés a mérési eredményekhez:

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55201

**Measured values:
Mérési eredmények:****DC Current measurement mode / Egyenáram mérés üzemmód**

Range/ Méréshatár	Standard value/ Helyes érték	Measured value/ Mért érték	Error/ Hiba	Allowed deviation/ Megengedett eltérés (+/-)	Uncertainty/ Mérési bizonytalanság (+/-)	Qualification/ Minősítés
12 A	0,10000 A	0,106 A	0,00600 A		0,58 mA	
12 A	6,0000 A	5,998 A	-0,0020 A		4,2 mA	
12 A	12,0000 A	12,000 A	0,0000 A		6 mA	
120 A	10,0000 A	9,99 A	-0,0100 A		5,9 mA	
120 A	20,0000 A	19,98 A	-0,0200 A		6,4 mA	
120 A	100,000 A	99,98 A	-0,020 A		15 mA	

DC Voltage measurement mode (Local) / Egyenfeszültség mérés üzemmód (Local)

Range/ Méréshatár	Standard value/ Helyes érték	Measured value/ Mért érték	Error/ Hiba	Allowed deviation/ Megengedett eltérés (+/-)	Uncertainty/ Mérési bizonytalanság (+/-)	Qualification/ Minősítés
18 V	3,0000 V	3,000 V	0,0000 V		0,58 mV	
18 V	10,0000 V	9,999 V	-0,0010 V		0,63 mV	
18 V	18,0000 V	17,998 V	-0,0020 V		0,66 mV	
120 V	3,0000 V	2,99 V	-0,0100 V		5,8 mV	
120 V	60,000 V	59,98 V	-0,020 V		6,4 mV	
120 V	120,000 V	119,97 V	-0,030 V		6,8 mV	

DC Voltage measurement mode (Remote) / Egyenfeszültség mérés üzemmód (Remote)

Range/ Méréshatár	Standard value/ Helyes érték	Measured value/ Mért érték	Error/ Hiba	Allowed deviation/ Megengedett eltérés (+/-)	Uncertainty/ Mérési bizonytalanság (+/-)	Qualification/ Minősítés
18 V	3,0000 V	3,000 V	0,0000 V		0,58 mV	
18 V	10,0000 V	9,998 V	-0,0020 V		0,63 mV	
18 V	18,0000 V	17,998 V	-0,0020 V		0,66 mV	
120 V	3,0000 V	2,99 V	-0,0100 V		5,8 mV	
120 V	60,000 V	59,98 V	-0,020 V		6,4 mV	
120 V	120,000 V	119,97 V	-0,030 V		6,8 mV	

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55201

The recorded calibration result are only valid for the metrological attribute of measuring instrument.
A közölt kalibrálási eredmények a mérőeszköz talált metrológiai jellemzőire érvényesek.

Qualification / Minősítés

The customer did not request qualification of measured values.
A vevő a mérési értékek minősítését nem kérte.

Uncertainty of measurment

The reported extended uncertainty of measurment is stated as the standard uncertainty of measurment multiplied by the coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurment has been determined in accordance with EA Publication EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of Measurment in Calibration).

Mérési bizonytalanság

A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság $k=2$ -vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelítőleg 95%-os megbízhatósági valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA-4/02 (A mérési bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál) kiadványnak megfelelően történt.

Note / Megjegyzés

Certification stamping vignette is placed on the measuring instrument with the name of the Calibration Laboratory, date of calibration and No: **K/55201** of calibration certificates.

A mérőeszközön a kalibrálás elvégzését igazoló, a kalibráló laboratórium adatait tartalmazó, **K/55201** jelű levonóképes bélyeget helyeztünk el.

***** end of the document / a dokumentum vége *****

KALIBRA 59 Műszaki, Szolgáltató Bt.
Office / Székhely: 2151. Fót, Béke u. 72
Laboratory / Laboratórium: 2151. Fót, Béke u. 72
Web: www.kalibra59.hu; www.meroeszkozkalibralas.hu

Tel: +36-30-934-8310; +36-30-982-3377
Fax: +36-27-358-876
E-mail: kalibra59@kalibra59.hu

A NAT által NAT-2-0141/2012 számon akkreditált kalibrálólaboratórium

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55202

Pages / oldalak száma: 4

Calibration Certificate / Kalibrálási Bizonyítvány

Object of calibration / A kalibrálás tárgya: DC Power supply

DC Tápegység

Manufacturer / Gyártó:

Sorensen

Type / Típus:

XG 60-25

Serial number / Gyártási szám:

1235A01932

ID number / Azonosító szám:

TRI 01623049

State / Állapot:

Used / Használt

Customer's name and address:
A vevő neve és címe:

TÜV Rheinland InterCert Kft
1132 Budapest
Váci út 48/a-b


Place and date of calibration / A kalibrálás
helye és ideje:

Fót, 2015.05.18.

Issue date / Kiadás dátuma:

2015.05.18.

Issued by certificate:
A bizonyítványt kiadta:



Tóth Rudolf
Main Director
Ügyvezető igazgató



Calibration technician:
Kalibráló technikus:



Hosszú Márta

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55202

Calibration was made according to the procedure(s) below:
A kalibrálást az alábbi eljárás(ok) alkalmazásával végeztük:KE-09:2011/5 Calibration of calibrators, and supplies
KE-09:2011/5 Kalibrátorok és források kalibrálása**Used standard, subsidiary measuring instrument:**
Alkalmazott etalonok, egyéb mérőeszközök:

Measuring instrument/ Mérőeszköz	Serial number / Gyártási szám	Cal.Cert. number / Kal.Biz. szám	Expiration of Cal.Cert / Kal.Biz. lejárát
Digital multimeter/ Digitális multiméter	4022549	KAL/14-0310	2015.06.10.
Shunt / Sönt	05061402	KAL/13-0290	2015.06.10.
Temp- and humidity meter/ Hő- és páratartalom mérő	KI0143SK	KAL/15-0110	2017.05.02.
Main voltage meter / Hálózati feszültségmérő	085382	KAL/15-0130	2016.05.02.

Measurement used in standard and subsidiary instrument is traceable to national standards, based on the indicated number of calibration certificate.

Az alkalmazott etalonokkal és egyéb mérőeszközökkel végzett mérések, a jelzett számú bizonyítványok alapján, a nemzeti etalonokra visszavezethetőek.

Environmental conditions: Környezeti feltételek:	Temperature / Hőmérséklet	23±3°C
	Humidity / Légnedvesség	40±20%RH
	Main voltage / Hálózati feszültség	230V±10%

Note for measured values:
Megjegyzés a mérési eredményekhez:

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55202

Measured values:
Mérési eredmények:**DC Current reproduction / Egyenáram reprodukálás**

Range/ Méréshatár	Standard value/ Helyes érték	Measured value/ Mért érték	Error/ Hiba	Allowed deviation/ Megengedett eltérés (+/-)	Uncertainty/ Mérési bizonytalanság (+/-)	Qualification/ Minősítés
24 A	2,00375 A	2,00 A	-0,00375 A		1,1 mA	
24 A	10,01177 A	10,00 A	-0,01177 A		1,1 mA	
24 A	20,00652 A	20,00 A	-0,00652 A		1,1 mA	
24 A	23,99657 A	24,00 A	0,00343 A		1,1 mA	

DC Voltage reproduction / Egyenfeszültség reprodukálás

Range/ Méréshatár	Standard value/ Helyes érték	Measured value/ Mért érték	Error/ Hiba	Allowed deviation/ Megengedett eltérés (+/-)	Uncertainty/ Mérési bizonytalanság (+/-)	Qualification/ Minősítés
60 V	2,998241 V	3,00 V	0,001759 V		0,15 mV	
60 V	9,998521 V	10,00 V	0,001479 V		0,33 mV	
60 V	17,99852 V	18,00 V	0,00148 V		1,8 mV	
60 V	60,0064 V	60,00 V	-0,0064 V		3,3 mV	

Calibration certificate number:
Kalibrálási bizonyítvány száma:

K/55202

The recorded calibration result are only valid for the metrological attribute of measuring instrument.
A közölt kalibrálási eredmények a mérőeszköz talált metrológiai jellemzőire érvényesek.

Qualification / Minősítés

The customer did not request qualification of measured values.
A vevő a mérési értékek minősítését nem kérte.

Uncertainty of measurment

The reported extended uncertainty of measurment is stated as the standard uncertainty of measurment multiplied by the coverage factor $k=2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurment has been determined in accordance with EA Publication EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of Measurment in Calibration).

Mérési bizonytalanság

A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság $k=2$ -vel szorzott értéke, ami normális eloszlás eseténcőzeliőleg 95%-os megbízhatósági valószínűségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA-4/02 (A mérési bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál) kiadványnak megfelelően történt.

Note / Megjegyzés

Certification stamping vignette is placed on the measuring instrument with the name of the Calibration Laboratory, date of calibration and No: **K/55202** of calibration certificates.

A mérőeszközön a kalibrálás elvégzését igazoló, a kalibráló laboratórium adatait tartalmazó, **K/55202** jelű levonóképes bélyeget helyeztünk el.

***** end of the document / a dokumentum vége *****



CALIBRATION CERTIFICATE

Newton's4th Ltd
office@newtons4th.com
www.newtons4th.com

6 May 2015 06:02 Script file: KinetiQ PPA5500-HC final electrical v2.07
Automatic Calibration Environment release ACE v2.87
NEWTONS4TH,PPA5530,165-04037,2.121
HP3458A,MY45048891
NEWTONS4TH,ACC-IV,01821,1.54

Summary report

Verify HV attenuator		range		phase 1	phase 2	phase 3	dev	voltage spec	uncert
[--- applied ---]		range							
OK:	55.00 Hz	248.87 V	9	248.87 V	248.85 V	248.86 V	<-0.01%	[0.38%]	{0.049%}
OK:	55.00 Hz	221.24 V	8	221.24 V	221.23 V	221.24 V	<-0.00%	[0.16%]	{0.050%}
OK:	55.00 Hz	107.77 V	7	107.76 V	107.76 V	107.77 V	<-0.00%	[0.10%]	{0.023%}*
OK:	55.00 Hz	52.577 V	6	52.578 V	52.578 V	52.578 V	<+0.00%	[0.08%]	{0.025%}*
OK:	55.00 Hz	10.823 V	5	10.823 V	10.823 V	10.823 V	<-0.00%	[0.11%]	{0.012%}*
OK:	55.00 Hz	3.6763 V	4	3.6763 V	3.6764 V	3.6764 V	<+0.00%	[0.13%]	{0.015%}*
OK:	55.00 Hz	877.40mV	3	877.41mV	877.43mV	877.52mV	<+0.01%	[0.24%]	{0.012%}
OK:	55.00 Hz	293.25mV	2	293.20mV	293.22mV	293.23mV	<-0.02%	[0.46%]	{0.016%}
OK:	55.00 Hz	82.259mV	1	82.147mV	82.179mV	82.232mV	<-0.14%	[1.35%]	{0.012%}
OK:	400.0 Hz	270.29 V	9	270.27 V	270.29 V	270.29 V	<-0.01%	[0.35%]	{0.048%}
OK:	400.0 Hz	243.21 V	8	243.22 V	243.21 V	243.22 V	<+0.00%	[0.15%]	{0.049%}
OK:	400.0 Hz	109.71 V	7	109.71 V	109.71 V	109.72 V	<+0.01%	[0.10%]	{0.023%}*
OK:	400.0 Hz	57.472 V	6	57.474 V	57.475 V	57.474 V	<+0.01%	[0.08%]	{0.025%}*
OK:	400.0 Hz	11.018 V	5	11.018 V	11.017 V	11.018 V	<-0.01%	[0.11%]	{0.012%}*
OK:	400.0 Hz	4.2298 V	4	4.2301 V	4.2298 V	4.2301 V	<+0.01%	[0.12%]	{0.014%}*
OK:	400.0 Hz	1.0219 V	3	1.0219 V	1.0220 V	1.0220 V	<+0.01%	[0.21%]	{0.012%}
OK:	400.0 Hz	341.55mV	2	341.52mV	341.52mV	341.56mV	<-0.01%	[0.40%]	{0.015%}
OK:	400.0 Hz	95.797mV	1	95.715mV	95.794mV	95.807mV	<-0.09%	[1.16%]	{0.012%}
OK:	8.000kHz	271.71 V	9	271.69 V	271.69 V	271.71 V	<-0.01%	[0.38%]	{0.068%}
OK:	8.000kHz	244.49 V	8	244.48 V	244.48 V	244.48 V	<-0.00%	[0.18%]	{0.069%}
OK:	8.000kHz	110.29 V	7	110.29 V	110.29 V	110.30 V	<+0.01%	[0.13%]	{0.024%}*
OK:	8.000kHz	61.176 V	6	61.178 V	61.171 V	61.174 V	<-0.01%	[0.10%]	{0.026%}*
OK:	8.000kHz	11.077 V	5	11.077 V	11.077 V	11.078 V	<+0.01%	[0.14%]	{0.019%}*
OK:	8.000kHz	4.1078 V	4	4.1081 V	4.1073 V	4.1080 V	<-0.01%	[0.15%]	{0.022%}*
OK:	8.000kHz	1.0943 V	3	1.0944 V	1.0943 V	1.0944 V	<+0.01%	[0.23%]	{0.019%}
OK:	8.000kHz	342.92mV	2	342.88mV	342.86mV	342.88mV	<-0.02%	[0.43%]	{0.023%}
OK:	8.000kHz	96.177mV	1	96.098mV	96.136mV	96.182mV	<-0.08%	[1.19%]	{0.020%}
OK:	48.00kHz	203.85 V	9	203.94 V	203.96 V	203.95 V	<+0.05%	[0.65%]	{0.133%}
OK:	48.00kHz	203.89 V	8	203.99 V	203.96 V	203.99 V	<+0.05%	[0.36%]	{0.133%}
OK:	48.00kHz	110.36 V	7	110.38 V	110.38 V	110.38 V	<+0.02%	[0.29%]	{0.047%}*
OK:	48.00kHz	61.150 V	6	61.161 V	61.152 V	61.155 V	<+0.02%	[0.26%]	{0.048%}*
OK:	48.00kHz	11.077 V	5	11.079 V	11.078 V	11.079 V	<+0.01%	[0.30%]	{0.044%}*
OK:	48.00kHz	4.1060 V	4	4.1065 V	4.1064 V	4.1064 V	<+0.01%	[0.31%]	{0.046%}*
OK:	48.00kHz	1.0938 V	3	1.0939 V	1.0939 V	1.0939 V	<+0.01%	[0.39%]	{0.044%}
OK:	48.00kHz	342.78mV	2	342.77mV	342.75mV	342.76mV	<-0.01%	[0.59%]	{0.047%}
OK:	48.00kHz	96.122mV	1	96.076mV	96.104mV	96.153mV	<-0.05%	[1.35%]	{0.044%}
OK:	220.0kHz	44.578 V	6	44.599 V	44.598 V	44.596 V	<+0.05%	[0.97%]	{0.438%}*
OK:	220.0kHz	11.108 V	5	11.145 V	11.145 V	11.146 V	<+0.34%	[0.99%]	{0.330%}*
OK:	220.0kHz	4.1249 V	4	4.1271 V	4.1271 V	4.1269 V	<+0.05%	[1.00%]	{0.344%}*
OK:	220.0kHz	1.0971 V	3	1.0977 V	1.0977 V	1.0976 V	<+0.06%	[1.07%]	{0.330%}
OK:	220.0kHz	344.36mV	2	344.49mV	344.48mV	344.47mV	<+0.04%	[1.28%]	{0.349%}
OK:	220.0kHz	96.427mV	1	96.530mV	96.582mV	96.589mV	<+0.17%	[2.03%]	{0.331%}
OK:	700.0kHz	9.7567 V	5	9.7748 V	9.7752 V	9.7744 V	<+0.19%	[2.92%]	{1.071%}*
OK:	700.0kHz	4.1049 V	4	4.1167 V	4.1165 V	4.1162 V	<+0.29%	[2.92%]	{1.084%}*
OK:	700.0kHz	1.0816 V	3	1.0864 V	1.0865 V	1.0865 V	<+0.45%	[3.00%]	{0.434%}
OK:	700.0kHz	338.99mV	2	341.66mV	341.75mV	341.71mV	<+0.81%	[3.20%]	{0.436%}
OK:	700.0kHz	95.070mV	1	96.505mV	96.618mV	96.581mV	<+1.63%	[3.97%]	{0.434%}
OK:	1.200MHz	1.7615 V	5	1.7619 V	1.7615 V	1.7619 V	<+0.02%	[5.39%]	{0.704%}
OK:	1.200MHz	1.7615 V	4	1.7621 V	1.7620 V	1.7621 V	<+0.04%	[5.05%]	{0.704%}*
OK:	1.200MHz	1.0444 V	3	1.0420 V	1.0418 V	1.0417 V	<-0.26%	[5.00%]	{0.698%}
OK:	2.000MHz	1.5984 V	5	1.5989 V	1.5990 V	1.5990 V	<+0.03%	[8.65%]	{1.131%}

This calibration Data is valid for a period of 15 months from the date of calibration



CALIBRATION CERTIFICATE

Newton's4th Ltd
office@newtons4th.com
www.newtons4th.com

OK: 2.000MHz 1.5985 V 4 1.5991 V 1.5990 V 1.5991 V <+0.04%> [8.27%] {1.131%}*
OK: 2.000MHz 946.96mV 3 947.17mV 946.98mV 947.03mV <+0.02%> [8.22%] {1.126%}

Verify phase accuracy of HV attenuator

[----- applied -----]		ranges	A1	V2	A2	V3	A3	dev	spec	uncert
OK:	55.00 Hz	2.0491 V 0.000°	3 9	+0.002°	+0.001°	+0.002°	+0.003°	+0.002°	<+0.003°>	[0.006°] {0.002°}*
OK:	400.0 Hz	2.0412 V 0.000°	3 9	+0.001°	+0.001°	+0.001°	+0.001°	+0.001°	<+0.001°>	[0.009°] {0.002°}*
OK:	8.000kHz	2.0492 V 0.000°	3 9	-0.000°	+0.001°	-0.000°	+0.001°	-0.000°	<+0.001°>	[0.085°] {0.002°}*
OK:	48.00kHz	2.0481 V 0.000°	3 9	-0.002°	+0.000°	-0.002°	+0.002°	-0.002°	<-0.002°>	[0.485°] {0.004°}*
OK:	100.0kHz	2.0504 V 0.000°	3 9	-0.001°	+0.001°	-0.000°	+0.002°	-0.000°	<+0.002°>	[1.005°] {0.007°}*
OK:	220.0kHz	2.0558 V 0.000°	3 9	-0.015°	+0.005°	-0.017°	+0.005°	-0.016°	<-0.017°>	[2.205°] {0.013°}*
OK:	700.0kHz	2.0212 V 0.000°	3 9	-0.270°	+0.014°	-0.311°	+0.044°	-0.295°	<-0.311°>	[7.005°] {0.037°}*
OK:	1.200MHz	1.9168 V 0.000°	3 9	-0.517°	+0.011°	-0.578°	+0.028°	-0.572°	<-0.578°>	[12.01°] {0.062°}*
OK:	2.000MHz	1.7002 V 0.000°	3 9	+0.125°	+0.067°	+0.063°	+0.106°	+0.039°	<+0.125°>	[20.00°] {0.102°}*

Verify internal shunt calibration at low frequency

[--- applied ---]		range	phase 1	phase 2	phase 3	current dev	spec	uncert
OK:	55.00 Hz	3.3681 A	9	3.3659 A	3.3712 A	3.3677 A	<+0.09%>	[8.94%] {0.019%}
OK:	55.00 Hz	3.3732 A	8	3.3740 A	3.3737 A	3.3729 A	<+0.03%>	[2.70%] {0.019%}
OK:	55.00 Hz	3.3769 A	7	3.3774 A	3.3772 A	3.3772 A	<+0.02%>	[0.92%] {0.019%}
OK:	55.00 Hz	3.3778 A	6	3.3773 A	3.3773 A	3.3775 A	<-0.01%>	[0.30%] {0.019%}*
OK:	55.00 Hz	3.3813 A	5	3.3813 A	3.3814 A	3.3810 A	<-0.01%>	[0.12%] {0.019%}*
OK:	55.00 Hz	1.4878 A	4	1.4877 A	1.4877 A	1.4878 A	<-0.01%>	[0.10%] {0.023%}*
OK:	55.00 Hz	201.00mA	3	201.01mA	201.04mA	200.99mA	<+0.02%>	[0.32%] {0.029%}*
OK:	55.00 Hz	145.96mA	2	145.98mA	145.97mA	145.95mA	<+0.01%>	[0.29%] {0.035%}*
OK:	55.00 Hz	29.757mA	1	29.765mA	29.769mA	29.753mA	<+0.04%>	[1.13%] {0.025%}*
OK:	400.0 Hz	3.3724 A	9	3.3680 A	3.3729 A	3.3706 A	<-0.13%>	[8.93%] {0.019%}
OK:	400.0 Hz	3.3852 A	8	3.3853 A	3.3851 A	3.3832 A	<-0.06%>	[2.69%] {0.019%}
OK:	400.0 Hz	3.3894 A	7	3.3904 A	3.3898 A	3.3901 A	<+0.03%>	[0.92%] {0.019%}
OK:	400.0 Hz	3.3890 A	6	3.3886 A	3.3886 A	3.3887 A	<-0.01%>	[0.30%] {0.019%}*
OK:	400.0 Hz	3.3915 A	5	3.3915 A	3.3915 A	3.3912 A	<-0.01%>	[0.12%] {0.019%}*
OK:	400.0 Hz	1.4919 A	4	1.4918 A	1.4918 A	1.4919 A	<-0.01%>	[0.10%] {0.023%}*
OK:	400.0 Hz	201.77mA	3	201.78mA	201.78mA	201.77mA	<+0.01%>	[0.32%] {0.029%}*
OK:	400.0 Hz	147.85mA	2	147.87mA	147.87mA	147.85mA	<+0.01%>	[0.29%] {0.035%}*
OK:	400.0 Hz	30.141mA	1	30.164mA	30.147mA	30.145mA	<+0.07%>	[1.12%] {0.025%}
OK:	8.000kHz	3.4448 A	9	3.4492 A	3.4486 A	3.4503 A	<+0.16%>	[8.77%] {0.030%}
OK:	8.000kHz	3.4553 A	8	3.4615 A	3.4570 A	3.4584 A	<+0.18%>	[2.67%] {0.030%}
OK:	8.000kHz	3.4641 A	7	3.4682 A	3.4645 A	3.4674 A	<+0.12%>	[0.93%] {0.030%}
OK:	8.000kHz	3.4673 A	6	3.4678 A	3.4671 A	3.4681 A	<+0.02%>	[0.32%] {0.030%}*
OK:	8.000kHz	3.4708 A	5	3.4714 A	3.4707 A	3.4715 A	<+0.02%>	[0.15%] {0.030%}*
OK:	8.000kHz	1.5254 A	4	1.5257 A	1.5252 A	1.5259 A	<+0.03%>	[0.13%] {0.034%}*
OK:	8.000kHz	203.23mA	3	203.28mA	203.26mA	203.26mA	<+0.02%>	[0.35%] {0.040%}*
OK:	8.000kHz	148.76mA	2	148.81mA	148.80mA	148.80mA	<+0.04%>	[0.31%] {0.046%}*
OK:	8.000kHz	30.188mA	1	30.212mA	30.205mA	30.212mA	<+0.08%>	[1.15%] {0.036%}
OK:	48.00kHz	3.3621 A	6	3.3622 A	3.3620 A	3.3640 A	<+0.06%>	[0.49%] {0.069%}
OK:	48.00kHz	3.3732 A	5	3.3729 A	3.3735 A	3.3748 A	<+0.05%>	[0.31%] {0.069%}*
OK:	48.00kHz	1.4124 A	4	1.4122 A	1.4123 A	1.4131 A	<+0.05%>	[0.30%] {0.073%}*
OK:	48.00kHz	201.62mA	3	201.66mA	201.65mA	201.63mA	<+0.02%>	[0.51%] {0.078%}*
OK:	48.00kHz	147.48mA	2	147.50mA	147.51mA	147.49mA	<+0.02%>	[0.48%] {0.083%}*
OK:	48.00kHz	30.167mA	1	30.184mA	30.174mA	30.174mA	<+0.06%>	[1.31%] {0.074%}
OK:	100.0kHz	3.2704 A	6	3.2697 A	3.2693 A	3.2722 A	<+0.05%>	[0.70%] {0.152%}
OK:	100.0kHz	3.2750 A	5	3.2721 A	3.2759 A	3.2757 A	<-0.09%>	[0.52%] {0.151%}*

Verify internal shunts at high frequency

[--- applied ---]		range	phase 1	current dev	spec	uncert
OK:	220.0kHz	212.84mA	4	213.08mA	<+0.11%>	[1.46%] {0.541%}
OK:	220.0kHz	212.95mA	3	212.94mA	<-0.00%>	[1.18%] {0.541%}*
OK:	220.0kHz	145.60mA	2	145.60mA	<-0.00%>	[1.17%] {0.574%}*

This calibration Data is valid for a period of 15 months from the date of calibration



CALIBRATION CERTIFICATE

Newton's4th Ltd
office@newtons4th.com
www.newtons4th.com

```

OK: 220.0kHz 32.481mA 1 32.484mA <+0.01%> [1.92%] {0.516%}
OK: 700.0kHz 196.96mA 4 196.59mA <-0.19%> [3.43%] {0.716%}
OK: 700.0kHz 197.64mA 3 197.35mA <-0.15%> [3.12%] {0.716%}*
OK: 700.0kHz 130.92mA 2 130.86mA <-0.04%> [3.12%] {0.708%}*
OK: 700.0kHz 31.223mA 1 31.359mA <+0.43%> [3.88%] {0.713%}
OK: 1.200MHz 185.15mA 4 185.14mA <-0.01%> [5.47%] {1.165%}
OK: 1.200MHz 185.52mA 3 185.56mA <+0.02%> [5.14%] {1.165%}*
OK: 1.200MHz 139.08mA 2 139.16mA <+0.06%> [5.10%] {1.158%}*
OK: 1.200MHz 29.644mA 1 29.693mA <+0.17%> [5.93%] {1.162%}
OK: 2.000MHz 147.12mA 4 146.88mA <-0.16%> [8.84%] {1.891%}
OK: 2.000MHz 147.19mA 3 146.91mA <-0.19%> [8.43%] {1.891%}*
OK: 2.000MHz 108.05mA 2 107.86mA <-0.17%> [8.38%] {1.884%}*
OK: 2.000MHz 22.460mA 1 22.441mA <-0.08%> [9.49%] {1.888%}

```

```

[--- applied ---] phase 2 [----- current -----]
range dev spec uncert
OK: 220.0kHz 208.12mA 4 208.65mA <+0.25%> [1.48%] {0.542%}
OK: 220.0kHz 208.44mA 3 208.41mA <-0.02%> [1.19%] {0.542%}*
OK: 220.0kHz 143.85mA 2 143.84mA <-0.01%> [1.17%] {0.576%}*
OK: 220.0kHz 31.277mA 1 31.274mA <-0.01%> [1.96%] {0.517%}
OK: 700.0kHz 196.58mA 4 196.19mA <-0.20%> [3.43%] {0.716%}
OK: 700.0kHz 196.80mA 3 196.56mA <-0.12%> [3.12%] {0.716%}*
OK: 700.0kHz 131.96mA 2 131.99mA <+0.02%> [3.12%] {0.708%}*
OK: 700.0kHz 31.525mA 1 31.715mA <+0.60%> [3.87%] {0.713%}
OK: 1.200MHz 186.60mA 4 186.58mA <-0.01%> [5.46%] {1.165%}
OK: 1.200MHz 186.92mA 3 187.07mA <+0.08%> [5.14%] {1.165%}*
OK: 1.200MHz 139.93mA 2 140.19mA <+0.19%> [5.10%] {1.158%}*
OK: 1.200MHz 29.729mA 1 29.867mA <+0.46%> [5.93%] {1.162%}
OK: 2.000MHz 148.47mA 4 148.17mA <-0.20%> [8.83%] {1.891%}
OK: 2.000MHz 148.53mA 3 148.40mA <-0.09%> [8.42%] {1.891%}*
OK: 2.000MHz 109.07mA 2 109.21mA <+0.13%> [8.38%] {1.884%}*
OK: 2.000MHz 22.618mA 1 22.780mA <+0.72%> [9.48%] {1.888%}

```

```

[--- applied ---] phase 3 [----- current -----]
range dev spec uncert
OK: 220.0kHz 210.78mA 4 211.39mA <+0.29%> [1.47%] {0.541%}
OK: 220.0kHz 210.68mA 3 210.63mA <-0.02%> [1.18%] {0.541%}*
OK: 220.0kHz 144.78mA 2 144.74mA <-0.03%> [1.17%] {0.575%}*
OK: 220.0kHz 31.497mA 1 31.513mA <+0.05%> [1.95%] {0.517%}
OK: 700.0kHz 197.37mA 4 197.00mA <-0.19%> [3.43%] {0.716%}
OK: 700.0kHz 197.34mA 3 197.08mA <-0.13%> [3.12%] {0.716%}*
OK: 700.0kHz 131.26mA 2 131.22mA <-0.03%> [3.12%] {0.708%}*
OK: 700.0kHz 31.492mA 1 31.660mA <+0.53%> [3.87%] {0.713%}
OK: 1.200MHz 185.80mA 4 185.85mA <+0.03%> [5.47%] {1.165%}
OK: 1.200MHz 186.26mA 3 186.43mA <+0.09%> [5.14%] {1.165%}*
OK: 1.200MHz 139.65mA 2 139.83mA <+0.13%> [5.10%] {1.158%}*
OK: 1.200MHz 29.585mA 1 29.704mA <+0.40%> [5.94%] {1.162%}
OK: 2.000MHz 147.90mA 4 147.78mA <-0.08%> [8.83%] {1.891%}
OK: 2.000MHz 147.86mA 3 147.77mA <-0.06%> [8.43%] {1.891%}*
OK: 2.000MHz 108.52mA 2 108.51mA <-0.01%> [8.38%] {1.884%}*
OK: 2.000MHz 22.454mA 1 22.537mA <+0.37%> [9.49%] {1.888%}

```

Verify internal shunt phase calibration

```

[----- applied -----] [----- phase -----]
range A1 A2 A3 dev spec uncert
OK: 55.00 Hz 1.3743 A 0.000° 4 -0.000° +0.000° -0.001° <-0.001°> [0.006°] {0.002°}
OK: 400.0 Hz 1.3922 A 0.000° 4 -0.000° -0.000° +0.000° <-0.000°> [0.013°] {0.002°}
OK: 8.000kHz 1.3750 A 0.000° 4 +0.017° +0.018° +0.020° <+0.020°> [0.165°] {0.009°}
OK: 48.00kHz 1.3863 A 0.000° 4 +0.003° +0.006° +0.003° <+0.006°> [0.965°] {0.049°}
OK: 220.0kHz 1.2323 A 0.000° 4 -0.089° -0.080° -0.079° <-0.089°> [4.405°] {0.221°}

```




CALIBRATION CERTIFICATE

Newton4th Ltd
office@newtons4th.com
www.newtons4th.com

```

OK: 220.0kHz 619.71mV 0.000° 8 8 -0.003° +0.010° -0.007° +0.006° -0.002° <+0.010°> [2.205°] {0.013°}*
OK: 220.0kHz 619.71mV 0.000° 8 9 +0.226° +0.010° +0.225° +0.006° +0.228° <+0.228°> [2.205°] {0.013°}*
OK: 220.0kHz 618.68mV 0.000° 9 8 -0.231° +0.012° -0.234° +0.003° -0.230° <-0.234°> [2.205°] {0.013°}*
OK: 700.0kHz 611.04mV 0.000° 8 8 +0.025° +0.055° -0.026° +0.044° +0.004° <+0.055°> [7.005°] {0.037°}*
OK: 700.0kHz 611.04mV 0.000° 8 9 +0.750° +0.055° +0.711° +0.044° +0.731° <+0.750°> [7.005°] {0.037°}*
OK: 700.0kHz 609.74mV 0.000° 9 8 -0.693° +0.059° -0.743° +0.036° -0.714° <-0.743°> [7.005°] {0.037°}*
OK: 1.200MHz 576.16mV 0.000° 8 8 +0.030° +0.069° -0.048° +0.047° -0.018° <+0.069°> [12.01°] {0.062°}*
OK: 1.200MHz 576.15mV 0.000° 8 9 +1.259° +0.068° +1.204° +0.046° +1.212° <+1.259°> [12.01°] {0.062°}*
OK: 1.200MHz 575.90mV 0.000° 9 8 -1.188° +0.073° -1.265° +0.034° -1.236° <-1.265°> [12.01°] {0.062°}*
OK: 2.000MHz 497.41mV 0.000° 8 8 +0.020° +0.064° -0.067° +0.031° -0.049° <-0.067°> [20.00°] {0.102°}*
OK: 2.000MHz 497.41mV 0.000° 8 9 +2.022° +0.062° +1.966° +0.031° +1.948° <+2.022°> [20.00°] {0.102°}*
OK: 2.000MHz 497.55mV 0.000° 9 8 -1.960° +0.076° -2.044° +0.010° -2.028° <-2.044°> [20.00°] {0.102°}*

```

Verify dc accuracy

	applied	ranges	V1	A1	V2	A2	V3	A3	dev	spec	uncert
OK: DC	1.7133 V	9 9	1.7134 V	1.7133 A	1.7135 V	1.7133 A	1.7133 V	1.7135 A	<+0.01%>	[0.14%]	{0.005%}*
OK: DC	-2.0019 V	9 9	-2.0018 V	-2.0017 A	-2.0018 V	-2.0016 A	-2.0015 V	-2.0016 A	<-0.02%>	[0.13%]	{0.005%}*
OK: DC	759.16mV	8 8	759.22mV	759.21mA	759.21mV	759.16mA	759.15mV	759.21mA	<+0.01%>	[0.12%]	{0.007%}*
OK: DC	-667.33mV	8 8	-667.25mV	-667.30mA	-667.30mV	-667.28mA	-667.29mV	-667.22mA	<-0.02%>	[0.13%]	{0.007%}*
OK: DC	156.62mV	7 7	156.61mV	156.63mA	156.59mV	156.60mA	156.61mV	156.59mA	<-0.02%>	[0.15%]	{0.021%}*
OK: DC	-227.87mV	7 7	-227.87mV	-227.86mA	-227.90mV	-227.85mA	-227.87mV	-227.87mA	<+0.01%>	[0.12%]	{0.015%}*
OK: DC	54.136mV	6 6	54.117mV	54.126mA	54.114mV	54.110mV	54.106mV	54.106mA	<-0.06%>	[0.15%]	{0.060%}*
OK: DC	-42.715mV	6 6	-42.728mV	-42.726mA	-42.726mV	-42.728mA	-42.736mV	-42.739mA	<+0.06%>	[0.18%]	{0.076%}*

Verify torque and speed inputs

	applied	torque	speed	deviation	spec	uncert
OK:	6.6749 V	6.6753 Nm	6.6752 rpm	0.01%	0.00%	[0.12%] {0.005%}
OK:	2.8627 V	2.8636 Nm	2.8637 rpm	0.03%	0.04%	[0.22%] {0.007%}
OK:	-953.86mV	-952.82mNm	-953.07mrpm	-0.11%	-0.08%	[0.57%] {0.014%}
OK:	-4.7744 V	-4.7733 Nm	-4.7736 rpm	-0.02%	-0.02%	[0.15%] {0.006%}

NOTES

- Nominal full scale range values:

voltage inputs:	300mV	1V	3V	10V	30V	100V	300V	1kV	3kV
current inputs:	100mA	300mA	1A	3A	10A	30A	100A	300A	1kA
external inputs:	300uV	1mV	3mV	10mV	30mV	100mV	300mV	1V	3V
- Results not marked with * are verified with less than 50% input signal.
- This instrument has been calibrated using standards traceable to natural physical constants from ratio measurements or compared to consensus standards as realised by the National Physical Laboratory (NPL) or other recognised national standards laboratories accredited by the United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
- The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor to give a level of confidence of approximately 95%.

All 273 tests passed

Azonosító szám: 01625074

JEGYZŐKÖNYV SZÁMA (OSZTÁLY/LELT.SZÁM/ÉV): KAL 1625-01625091-2015

MEGNEVEZÉS: ADATGYŰJTŐ

TÍPUS: GL220-UM-851

GYÁRTÓ: GRAPHTEC

GYÁRTÁSI SZÁM: H50428726

ETALON: Hőmérséklet és páratartalom mérő HD 206-1

KAL.BIZ.SZÁM: KAL 1307-023338-2015

ETALON: Hőmérő 0...+50°C (02014003)

KAL.BIZ.SZÁM: H56538

ETALON: Hőmérő +50...+100°C (02014004)

KAL.BIZ.SZÁM: H56539

HŐMÉRSÉKLET: 21°C

PÁRATARTALOM: 29%

ÉRTÉKEKELÉS: MEGFELELT



NEM FELELT MEG



KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁS AZONOSÍTÓJA:

ELLENŐRZÉS: 2015.12.14.

ÉRVÉNYESSÉG: 2016.12.14.

ÜZEMMÓD	MÉRT ÉRTÉK	HELYES ÉRTÉK	HIBA	A MEGENGEDETT		+/-MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG**	*	
				HIBAHATÁR	Σ HIBA			
				+/-(%+ÉRTÉK)	ÉRTÉK			
CH1 01629105/001/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,1	25,7	0,6	0,05	1,5	1,51255	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	92,6	93,2	0,6	0,05	1,5	1,5463	0,059	Y
CH2 01629105/002/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,2	25,7	0,5	0,05	1,5	1,5126	0,059	Y
T °C	45,3	45,1	-0,2	0,05	1,5	1,52265	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	93,1	93,2	0,1	0,05	1,5	1,54655	0,059	Y
CH3 01629105/003/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,4	25,7	0,3	0,05	1,5	1,5127	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,6	55,6	0	0,05	1,5	1,5278	0,059	Y
T °C	60,8	60,5	-0,3	0,05	1,5	1,5304	0,059	Y
T °C	93,3	93,2	-0,1	0,05	1,5	1,54665	0,059	Y
CH4 01629105/004/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,2	25,7	0,5	0,05	1,5	1,5126	0,059	Y
T °C	45,3	45,1	-0,2	0,05	1,5	1,52265	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	93,1	93,2	0,1	0,05	1,5	1,54655	0,059	Y
CH5 01629105/005/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,1	25,7	0,6	0,05	1,5	1,51255	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	92,6	93,2	0,6	0,05	1,5	1,5463	0,059	Y

Azonosító szám: 01625074

ÜZEMMÓD	MÉRT ÉRTÉK	HELYES ÉRTÉK	HIBA	MEGEGEDETT		+/-MÉRÉSI BIZONYTA- LANSÁG**	* ÉRT	
				HIBA HATÁR	Σ HIBA			
				+/-(%+ÉRTÉK)	ÉRTÉK			
CH6 01629105/022/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,1	25,7	0,6	0,05	1,5	1,51255	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	92,6	93,2	0,6	0,05	1,5	1,5463	0,059	Y
CH7 01629105/023/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,4	25,7	0,3	0,05	1,5	1,5127	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,6	55,6	0	0,05	1,5	1,5278	0,059	Y
T °C	60,8	60,5	-0,3	0,05	1,5	1,5304	0,059	Y
T °C	93,3	93,2	-0,1	0,05	1,5	1,54665	0,059	Y
CH8 01629105/024/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,4	25,7	0,3	0,05	1,5	1,5127	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,6	55,6	0	0,05	1,5	1,5278	0,059	Y
T °C	60,8	60,5	-0,3	0,05	1,5	1,5304	0,059	Y
T °C	93,3	93,2	-0,1	0,05	1,5	1,54665	0,059	Y
CH9 01629105/025/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,1	25,7	0,6	0,05	1,5	1,51255	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,4	55,6	0,2	0,05	1,5	1,5277	0,059	Y
T °C	60,2	60,5	0,3	0,05	1,5	1,5301	0,059	Y
T °C	92,6	93,2	0,6	0,05	1,5	1,5463	0,059	Y
CH10 01629105/026/2015 Számú K hőelem								
T °C	25,4	25,7	0,3	0,05	1,5	1,5127	0,059	Y
T °C	44,8	45,1	0,3	0,05	1,5	1,5224	0,059	Y
T °C	55,6	55,6	0	0,05	1,5	1,5278	0,059	Y
T °C	60,8	60,5	-0,3	0,05	1,5	1,5304	0,059	Y
T °C	93,3	93,2	-0,1	0,05	1,5	1,54665	0,059	Y

Jelmagyarázat: * Y/N = Megfelel/Nem felel meg a kalibrált műszer a műszerkönyvében megadott specifikációs adatoknak ! ** A fenti táblázatban megadott bizonytalanság a kettes tényezővel megszorított standard bizonytalanság, azaz k=2. A bizonytalanság kiszámítása a használati etalontól, a kalibrálás módszeréből, a környezeti feltételekből és a kalibrált eszköz okozta rövid idejű hatásokból eredő részbizonytalanságokból, a NAR-EA-4/02 Dokumentum szerint történt.

A kalibrálást végezte:

Ellenőrizte:

.....
 Farkas Gyula
 kalibráló

.....
 Kazi Gábor
 műszergazda

Azonosító szám: 01625042

JEGYZŐKÖNYV SZÁMA (OSZTÁLY/LELT.SZÁM/ÉV):KAL 1625-01625042-2015

MEGNEVEZÉS:DMM

TÍPUS:M3510A

GYÁRTÓ:PICOTEST

GYÁRTÁSI SZÁM:TW00022512

ETALON:M-140 Kalibrátor (23326) MEATEST

KAL.BIZ.SZÁM:1095/2014

ETALON:HD206-1 Hőm. és páratartalom adatgyűjtő

KAL.BIZ.SZÁM:KAL 1307-023338-2015

HŐMÉRSÉKLET:22°C

PÁRATARTALOM:62%

ÉRTÉKELÉS:

 MEGFELELT

 NEM FELELT MEG

KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁS AZONOSÍTÓJA: MU-IT 05_03_4_0

ELLENŐRZÉS:2015.08.06.

ÉRVÉNYESSÉG:2016.08.06.

ÜZEMMÓD	MÉRT ÉRTÉK	HELYES ÉRTÉK	HIBA	A MEGENGEDETT			+/-MÉRÉSI BIZONYTA- LANSÁG**	* ÉRT
				HIBAHA-TÁR	Σ HIBA ÉRTÉK			
				+/-(%+ÉRTÉK)				
DC mV	100,0064	100	0,0064	0,008	0,0045	0,0125005	0,0031	Y
DC mV	-99,9909	-100	0,0091	0,008	0,0045	0,0124993	0,0031	Y
DC V	0,999986	1	-1,4E-05	0,009	0,00001	1E-04	0,000022	Y
DC V	-0,999987	-1	1,3E-05	0,009	0,00001	1E-04	0,000022	Y
DC V	9,99942	10	-0,00058	0,012	0,0002	0,0013999	0,00022	Y
DC V	-9,99912	-10	0,00088	0,012	0,0002	0,0013999	0,00022	Y
DC V	99,9967	100	-0,0033	0,012	0,002	0,0139996	0,0022	Y
DC V	-99,9899	-100	0,0101	0,012	0,002	0,0139988	0,0022	Y
DC V	1000,017	1000	0,017	0,013	0,02	0,1500022	0,022	Y
DC V	-1000,023	-1000	-0,023	0,013	0,02	0,150003	0,022	Y
ACmV 50Hz	99,914	100	-0,086	0,12	0,05	0,1698968	0,054	Y
ACmV 20kHz	100,014	100	0,014	0,25	0,05	0,300035	0,054	Y
ACmV 100kHz	99,889	100	-0,111	0,65	0,08	0,7292785	0,054	Y
AC V 50Hz	0,99978	1	-0,00022	0,12	0,0004	0,0015997	0,00032	Y
AC V 20kHz	1	1	0	0,25	0,0005	0,003	0,00047	Y
AC V 100kHz	0,99861	1	-0,00139	0,65	0,0008	0,007291	0,00032	Y
AC V 50Hz	740,03	740	0,03	0,12	0,3	1,188036	0,42	Y
DC I mA	10,0002	10	0,0002	0,05	0,02	0,0250001	0,0015	Y
DC I mA	-10,00136	-10	-0,00136	0,05	0,02	0,0250007	0,0015	Y
DC I mA	100,0008	100	-0,0008	0,05	0,01	0,0600004	0,015	Y
DC I mA	-100,0024	-100	0,0024	0,05	0,01	0,0600012	0,015	Y
DC I A	1,001014	1	-0,001014	0,15	0,0002	0,0017015	0,0003	Y
DC I A	-1,001035	-1	0,001035	0,15	0,0002	0,0017016	0,0003	Y
DC I A	10,0084	10	-0,0084	0,25	0,005	0,030021	0,0017	Y
DC I A	-10,00913	-10	0,00913	0,25	0,005	0,0300228	0,0017	Y

Azonosító szám: 01625042

ÜZEMMÓD	MÉRT ÉRTÉK	HELYES ÉRTÉK	HIBA	A MEGENGEDETT			+/-MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG**	* ÉRT
				HIBAHATÁR		Σ HIBA ÉRTÉK		
				+/-(%+ÉRTÉK)				
AC A 20Hz	1,0009	1	-0,0009	0,2	0,0004	0,0024018	0,00086	Y
AC A 50Hz	1,0014	1	-0,0014	0,2	0,0004	0,0024028	0,00086	Y
AC A 1kHz	1,0001	1	-1E-04	0,2	0,0004	0,0024002	0,0012	Y
AC A 20Hz	3,0029	3	-0,0029	0,3	0,0018	0,0108087	0,0059	Y
ACA 50Hz	3,0028	3	-0,0028	0,3	0,0018	0,0108084	0,0059	Y
AC A 1kHz	3,0012	3	-0,0012	0,3	0,0018	0,0108036	0,0059	Y
AC A 20Hz	10,012	10	-0,012	0,5	0,012	0,06206	0,0059	Y
ACA 50Hz	10,0105	10	-0,0105	0,5	0,012	0,0620525	0,0059	Y
AC A 1kHz	10,0078	10	-0,0078	0,5	0,012	0,062039	0,0059	Y
R Ohm	99,9908	100	0,0092	0,02	0,005	0,0249982	0,0055	Y
R kOhm	1,000069	1	-6,9E-05	0,02	0,00002	0,00022	0,000055	Y
R kOhm	10,00141	10	-0,00141	0,02	0,0002	0,0022003	0,00055	Y
R kOhm	100,0007	100	-0,0007	0,02	0,002	0,0220001	0,005	Y
R MOhm	1,000083	1	-8,3E-05	0,02	0,00004	0,00024	0,000078	Y
R MOhm	10,01	10	-0,01	0,1	0,0004	0,01041	0,00051	Y
R MOhm	50,12	50	-0,12	1,5	0,005	0,7568	0,29	Y
1nF	1,007	1	-0,007	2	0,008	0,02814	0,05	Y
10nF	10,023	10	-0,023	1	0,05	0,15023	0,5	Y
100nF	100,35	100	-0,35	1	0,5	1,5035	0,5	Y
1µF	1,0011	1	-0,0011	1	0,005	0,015011	0,5	Y
10µF	10,087	10	-0,087	1	0,05	0,15087	2	Y
100µF	50,11	50	-0,11	1	0,5	1,0011	2	Y
f Hz	30	30	30	0,03	0	0,009	0,00029	Y
f kHz	300	300	300	0,02	0	0,06	0,0077	Y
K hőelem szimuláció								
K hőelem °C	-99,89	-100	-0,31	0	1	1	1,4	Y
K hőelem °C	0,18	0	-0,18	0	1	1	0,69	Y
K hőelem °C	100,07	100	-0,07	0	1	1	0,69	Y
K hőelem °C	200,06	200	-0,06	0	1	1	0,69	Y
K hőelem °C	300,09	300	-0,09	0	1	1	0,76	Y
K hőelem °C	400,06	400	-0,06	0	1	1	0,76	Y
K hőelem °C	499,97	500	0,03	0	1	1	0,84	Y

Jelmagyarázat: * Y/N = Megfelel/Nem felel meg a kalibrált műszer a műszerkönyvében megadott specifikációs adatoknak !

** A fenti táblázatban megadott bizonytalanság a kettes tényezővel megszorított standard bizonytalanság, azaz k=2. A bizonytalanság kiszámítása a használati etalonról, a kalibrálás módszeréből, a környezeti feltételekből és a kalibrált eszköz okozta rövid idejű hatásokból eredő részbizonytalanságokból, a NAR- EA-4/02 Dokumentum szerint történt.

A megfeleltetést végezte:



 Riesz Gábor
kalibráló

Ellenőrizte:



 Kazi Gábor
műszergazda